


KURZANLEITUNG MICRONAUT-S MRSA / GP



* MICRONAUT-H Medium für anspruchsvolle Bakterien darf nicht für die Daptomycin-MHK-Bestimmung genutzt werden. Stattdessen muss kation-adjustierte Mueller Hinton Bouillon (CAMHB), supplementiert mit 2,5% lysiertem Pferdeblut, verwendet werden.

Ihr Ansprechpartner:

 **AUROSAN**
Medizin. Produkte. Technik. Kompetenz.

Tel 0201 21961-701
Fax 02573 69795-9917
Email micronaut@aurosan.de
Web www.aurosan.de | www.aurosan-shop.de
www.aurosan-gesundes-leben.de